

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 0 7 6 7

「ビカーボン輸液」の包装変更について

重炭酸リンゲル液「ビカーボン輸液」（陽進堂）は、品質保持のため、**外装内に錠剤型のインジケーター（酸素検知剤）が貼付されていましたが、今回、外装へ直接印刷したインジケーターへ変更となりました。**

本剤を使用する際は、外装開封前にインジケーター（酸素検知剤）を確認して下さい。比較色よりも濃い緑色に変色している場合、品質が劣化している可能性があるため、使用せず薬剤部へ返却して下さい。

本剤はガス不透過性の外袋に封入されており、外装内は窒素と二酸化炭素で置換されています。そのため、外袋にピンホールがあると薬液中からの二酸化炭素の放出が原因と考えられる品質劣化が起るため、**外袋は使用直前まで開封しないで下さい。**

新包装は旧包装の在庫がなくなり次第、払い出します。

オーダ名	ビカーボン輸液500mL／袋	
規格	500mL／袋	
外観写真	変更品	従来品
	 <p>インジケーター （酸素検知剤）</p> <p>インジケーター 比較色</p> <p>黄色及び比較色より薄い 緑色の場合は使用可</p> <p>インジケーター 比較色</p> <p>比較色より濃い緑色に変 色した場合は、使用不可</p>	 <p>インジケーター （酸素検知剤）</p> <p>インジケーター 比較色</p> <p>ピンクの場合 使用可</p> <p>青紫色～青色の場合 使用不可</p>
区分	注射 新包装は旧包装の在庫がなくなり次第払い出します	

* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。