

各 位

薬剤部／薬品情報室（D I 室）

D I ・ BOX # 0 9 5 4

## 「ヒーロン0.85眼粘弾剤1%」及び 「ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%」の自主回収について

眼科手術補助剤「ヒーロン0.85眼粘弾剤1%」及び「ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%」（エイエムオー・ジャパン株式会社）は、一部ロット製品において製造時の不具合により無色ガラス容器（内筒）の開口部が損傷し、製剤中に微細なガラス粒子が混入した可能性があるため自主回収となりました。

当院に納入されていた「ヒーロン0.85眼粘弾剤1%」及び「ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%」についても、該当ロット製品が確認されましたが、全て未使用であり、薬剤部にて回収済みであるため問題はありません。

オーダ名	ヒーロン0.85眼粘弾剤1%	ヒーロンV0.6眼粘弾剤2.3%
成分名	ヒアルロン酸ナトリウム	
規格	8.5mg/0.85mL	13.8mg/0.6mL
適応症	白内障手術・眼内レンズ挿入術・全層角膜移植術における手術補助	
回収対象ロット (赤字は当院納入ロット)	<b>UB32534</b> <b>UB32536</b> <b>UB32616</b>	<b>UB32491</b>
区分	処置	

\* 詳細・不明な点につきましては医薬品情報室（3194）までお問い合わせください。

\* 「DI・BOX」は電子カルテ（EGMAIN）の掲示板およびイントラネットで参照・検索できます。